خطوات العملية لقياس درجة نقاوة الحمض النووي

١- اختيار البرنامج

.٢-اختيار الطول الموجي ٢٦٠/٢٨٠

٣- تنظيف الجهاز بالماء المقطر (سحب ٢ميكروليتر)

.٤-الضغط على البلانك

.٥- مسح قطرة الماء (من الاسفل و الاعلى)مراعاة عدم وجود فقاعات

.٦- وضع المستخلص المذاب فيه العينة (٢ميكروليتر)

٧- الضغط على البلانك

.٨- مسح القطرة بالمنديل (من الاعلى والاسفل)

.٩- تغيير tips

١٠- .Vortev

.١١- اختيار البرنامج المحتوي على صورة(انبوبة مملوءة بالمحلول)

١٢ كتابة قياس التركيز